

## 心肌肌钙蛋白 I (cTnI) 测定试剂盒（荧光免疫层析法）说明书

### 【产品名称】

心肌肌钙蛋白 I (cTnI) 测定试剂盒（荧光免疫层析法）

### 【包装规格】

25 人份/盒

### 【预期用途】

心肌肌钙蛋白 I (cTnI) 测定试剂盒适用于的定量测定人血清、血浆或全血中的心肌肌钙蛋白 I (cTnI)，主要用于心肌诊断的辅助检查。

### 【检验原理】

采用双抗体夹心法的检测原理，利用荧光免疫层析法对样本中的 cTnI 进行检测。试剂条中含有预先包被在标记垫上的荧光微球标记的 cTnI 单克隆抗体和荧光微球标记的兔抗体，在膜的检测区固定 cTnI 单克隆抗体以及在膜的质控区固定有兔抗原。当样本中含有 cTnI 时，样本流经标记垫 cTnI 与荧光微球标记的 cTnI 抗体结合形成复合物，当荧光微球标记的 cTnI 单克隆抗体复合物流经层析膜检测区时被检测区 (T) 时分别被 cTnI 单克隆抗体捕获形成夹心。荧光微球标记的兔抗体流经质控区 (C) 时与包被在上面的兔抗原结合。在激发光源的作用下，层析试纸条测试区和质控区荧光物质发出特定波长的荧光，且测试区荧光强度与样本中的 cTnI 含量呈正相关，根据拟合曲线可计算出样本中的 cTnI 浓度。

### 【主要组成成分】

- 1、 检测卡：由卡壳和试纸条组成，试纸条包含 PVC 板、标记垫、NC 膜、吸收垫。PVC 板表面有不干胶起到把各组分拼接在一起和支撑作用；标记垫材质为玻璃纤维素，上面包被有荧光微球与抗体偶联形成的复合物；NC 膜上包被有 cTnI 单克隆抗体和兔抗原；吸收垫材质为植物纤维，起到为层析提供定向吸力的作用。
- 2、 说明书：1 份/盒。
- 3、 SD 卡：1 个/盒。

### 【储存条件及有效期】

检测卡于 2~30°C，密封状态下存放，有效期为 24 个月。

检测卡开封后 20~30°C 保存，有效期为 1 小时。

### 【适用仪器】

AFS-1000

### 【样本要求】

- 1、 用于人血清血浆或全血样本，其他体液和样本可能得不到准确的结果。
- 2、 应在无菌情况下采集静脉血，建议优先使用人血清或血浆进行检测。
- 3、 血浆和全血样本可使用 EDTA、肝素或枸橼酸钠抗凝剂。
- 4、 临床血液样本采集后，在室温条件下，须在 4 小时内完成检测；血清和血浆于 2~8°C 保存，可保存 5 天；-20°C 以下保存，可保存 6 个月。全血样本不得冷冻，2~8°C 下保存，可保存 3 天。避免加热灭活样本，溶血样本应弃用。
- 5、 检测前样本必须恢复至室温。冷冻保存的样本须完全融化，复温，混合均匀后方可使用。切忌反复冻融，建议样本冻融不超过 1 次。

### 【检验方法】

在使用此试剂前必须仔细阅读试剂的说明书，需严格按照试剂说明书执行有关操作，否则无法保证可靠的结果。

- 1、 准备

检测前将检测卡、缓冲液、样本恢复至室温（20~30°C），建议检测卡恢复至室温后再开封，并在有效期内尽快使用，防止检测卡受潮。

## 2、校准

确认 SD 卡与检测卡的批号相匹配，进行 SD 卡校准，校准仪器参数（详见仪器说明书）。

## 3、加样方式及检测

- 1) 根据样本的类型，在分析仪器上选择样本模式：“血清/血浆”模式或“全血”模式。
- 2) 血清/血浆：吸取 60 $\mu$ L 血清或血浆样本，垂直滴加至检测卡加样处，开始计时。
- 3) 全血：吸取 100 $\mu$ L 血清或血浆样本，垂直滴加至检测卡加样处，开始计时。
- 4) 10 分钟后将检测卡插入荧光免疫分析仪的承载器上，按下“测量”键，仪器会自动检测并打印结果。

## 【阳性判断值或者参考区间】

$\leq 0.3\text{ng/mL}$

注：由于地理、人种、性别及年龄等差异，建议每个实验室建立自己的临床参考区间。

## 【检验结果的解释】

- 1、 仪器自动计算 cTnI 的测试结果并将其浓度显示在屏幕上，单位为“ng/mL”。
- 2、 当内控线超出检测仪器内设定的可接受值或试剂盒失效时，检测仪器将报告“检测无效”。
- 3、 当样本浓度超过检测上限时，其结果显示为：“>50ng/mL (cTnI)”无法得出具体结果。

## 【检验方法的局限性】

- 1、 本试剂盒仅限于体外诊断用。
- 2、 本试剂盒的检测结果仅供临床参考，不能作为确诊或排除病例的依据，为达到诊断的目的，次检测结果要与临床检查、病史和其他检查结果结合使用。

## 【产品性能指标】

- 1、 最低检测限  
 $c\text{TnI} \leq 0.1\text{ng/mL}$
- 2、 线性范围  
 $c\text{TnI}$ ：在[0.1-50]ng/mL 区间内，线性相关系数  $r \geq 0.990$
- 3、 准确度  
测试 cTnI 内部参考品检测结果与靶值的相对偏差应小于 20%。
- 4、 精密度  
重复性 (CV) 应小于 10%  
批间精密度 (CV) 应小于 15%

## 【注意事项】

- 1、 检测卡拆封后，应尽快进行检测，避免置于空气中时间过长，导致受潮。
- 2、 不同批号的试剂盒不同组分不可混用。
- 3、 检测卡包装破损、标识不清楚，过效期的检测试剂，请勿使用。
- 4、 请严格按照说明书操作，检测开始后不能中途终止，如果中途终止此检测卡不可再恢复，若需重测，必须更换新检测卡。

- 5、 铝箔袋内干燥剂不可服用。
- 6、 不同批号的校准曲线不可混用。

#### 【标识的解释】

	参见使用说明		试剂盒		生产日期
	仅用于体外诊断		截止日期		不可再次使用
	4 ~ 30 °C存放		批号		目录编号
	避光保存		保持干燥		授权代表
	生产商				

#### 【参考文献】

#### 【基本信息】

注册人/生产企业名称：深圳市睿盟创新生物科技有限公司。  
住所：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园(二期)D3 栋 13 层。  
售后服务单位名称：深圳市睿盟创新生物科技有限公司。  
联系方式：  
生产地址：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园(二期)D3 栋 13 层  
生产许可证编号：

#### 【医疗器械注册证编号】

#### 【说明书核准及修改日期】